



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

СПИРТЫ ВЫСШИЕ ЖИРНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРБОНИЛЬНОГО ЧИСЛА

**ГОСТ 26592–85
(СТ СЭВ 4617–84)**

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. И. Бавика, Л. В. Макарова, Д. С. Стогнушко, З. А. Минькова, Н. И. Коробейникова

ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Член Коллегии В. А. Рябов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июля 1985 г. № 2315

СПИРТЫ ВЫСШИЕ ЖИРНЫЕ

Метод определения карбонильного числа

Higher fatty alcohols. Method of
carbonyl Value determination

ОКСТУ 2409

ГОСТ
26592—85

[СТ СЭВ 4617—84]

Взамен
ГОСТ 23527—79
в части спиртов

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июля 1985 г. № 2315 срок действия установлен

с 01.01.86
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на синтетические первичные и вторичные жирные спирты, содержащие от 5 до 25 атомов углерода в молекуле и устанавливает метод определения карбонильного числа.

Сущность метода заключается во взаимодействии карбонильных соединений с солянокислым гидроксиламином и потенциометрическом титровании выделившейся соляной кислоты раствором гидроксида калия.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4617—84.

1. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г 2-го класса точности или аналогичного типа.

pH-метр лабораторный типа ЭВ-74 или аналогичного типа со стеклянным и хлорсеребряным электродами.

Баня водяная.

Мешалка магнитная.

Колба по ГОСТ 25336—82, типа П-1 или Кн-1, вместимостью 100 или 250 см³.

Термометр типа ТН по ГОСТ 400—80 или типа 1-Б2 по ГОСТ 215—73 или другого типа с интервалом температур 0—100°C.



Цилиндр по ГОСТ 1770—74, вместимостью 50 см³.

Колба по ГОСТ 1770—74, вместимостью 1000 см³.

Холодильник по ГОСТ 25336—82, типа ХШ-1—400 или воздушный длиной не менее 1000 мм.

Воронка делительная по ГОСТ 25336—82, вместимостью 100 или 250 см³.

Бюретка 1—2—25—0,1 и 7—2—10 по ГОСТ 20292—74.

Стакан химический по ГОСТ 25336—82, вместимостью 100 или 150 см³.

Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456—79.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—72, высший сорт.

Калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, х. ч. или ч. д. а., спиртовой раствор концентрации $c(\text{КОН}) = 1$ моль/дм³.

Хлороформ по ГОСТ 20015—74.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72 с рН 5—7.

2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

2.1. Приготовление раствора гидрохлорида гидроксиламина

20 г гидрохлорида гидроксиламина растворяют в 100 см³ воды. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм³ и доводят до метки этиловым спиртом. Полученный раствор оттитровывают потенциометрически спиртовым раствором гидроокиси калия до рН 3,6—3,8. Раствор хранят в темном месте в бутылках из темного стекла с притертыми пробками.

2.2. Подготовку прибора к работе проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Около 8—10 г анализируемого жирного спирта взвешивают в конической колбе на весах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака). Затем приливают из бюретки 20 см³ раствора гидрохлорида гидроксиламина, колбу соединяют с обратным холодильником и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 мин. После нагревания колбу вынимают из бани, охлаждают ее содержимое до комнатной температуры. Внутреннюю поверхность холодильника промывают 10 см³ этилового спирта и сливают в реакционную колбу. Холодильник отсоединяют от колбы и содержимое колбы переносят в стакан вместимостью 150 см³ для титрования. Колбу промывают двумя порциями этилового спирта по 10 см³ и затем 15 см³ хлороформа. Промывные жидкости сливают в стакан для титрования.

Одновременно в тех же условиях и с теми же количествами реактивов готовят контрольный раствор и при перемешивании магнитной мешалкой измеряют его рН.

3.2. Промытые и осушенные электроды переносят в стакан с анализируемым продуктом и титруют потенциометрически спиртовым раствором гидроокиси калия до рН контрольного опыта. Во время титрования раствор перемешивают магнитной мешалкой.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Карбонильное число (X) в миллиграммах КОН на грамм анализируемого продукта вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot 5,61}{m},$$

где V — объем спиртового раствора гидроокиси калия концентрации точно 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование анализируемого продукта, см³;

5,61 — масса гидроокиси калия, соответствующая 1 см³ спиртового раствора гидроокиси калия концентрации точно 0,1 моль/дм³, мг/см³;

m — масса пробы анализируемого продукта, г.

4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое не менее двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать значений, указанных в таблице.

| Карбонильное число | Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений, мг КОН/г |
|--------------------|---|
| До 5 включ. | 0,2 |
| Св. 5 до 10 включ. | 0,5 |

Изменение № 1 ГОСТ 26592—85 Спирты высшие жирные Метод определения карбонильного числа

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 07.05.92 № 466

Дата введения 01 10.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение **(СТ СЭВ 4617—84)**

Вводная часть Второй абзац Заменить слово «солянокислым» на «гидрохлоридом»,

третий абзац исключить

Раздел 1 Пятый абзац изложить в новой редакции «Колбы Кн-1—100—14/23 ТС, Кн-1—250—19/26 ТС или П-1—100—19/26, П-1—250—29/32 по ГОСТ 25336—82»,

шестой абзац Исключить слова «или типа 1-Б2 по ГОСТ 215—73 или»,

седьмой, восьмой абзацы изложить в новой редакции «Цилиндр 1(3)—50—2 по ГОСТ 1770—74

Колба 1(2)—1000—2 по ГОСТ 1770—74»,

двенадцатый абзац изложить в новой редакции «Стакан В(Н) 1—100(150) ТС по ГОСТ 25336—82»,

четырнадцатый абзац Заменить ссылку ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87,

пятнадцатый абзац изложить в новой редакции «Калня гидроокись по ГОСТ 24363—80, х.ч или чда спиртовой раствор молярной концентрации c (КОН) = 0,1 моль/дм³, готовят по ГОСТ 25794.2—83»,

шестнадцатый абзац Заменить ссылку ГОСТ 20015—74 на ГОСТ 20015—88,

последний абзац Исключить слова «по ГОСТ 6709—72»

(Продолжение см. с 122)

Пункт 2 i Заменить слово «притертыми» на «пришлифованными»

Пункт 3 i Первый абзац до слов «с точностью» изложить в новой редакции «Около 8—10 г анализируемого жирного спирта взвешивают в конической колбе (результат взвешивания записывают в граммах)»

Пункт 4 i Формула Экспликация Заменить слово и единицу физической величины «концентрации» на «молярной концентрации» (2 раза), мг/см³ на мг

Пункт 4 2 изложить в новой редакции «4 2 За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последовательных определений»

Показатели точности метода (при доверительной вероятности $P=0,95$) приведены в таблице оценок точности методов

| Карбонильное число, мг КОН/г | Сходимость, мг КОН/г | Воспроизводимость, мг КОН/г |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 0,15—0,30 | 0,02 | 0,03 |
| 0,30—1,00 | 0,05 | 0,10 |
| 1,0—2,0 | 0,1 | 0,2 |
| 2,0—5,0 | 0,2 | 0,5 |

Два результата испытания, полученные последовательно одним лаборантом, признаются достоверными (сходимость), если расхождение между ними не превышает значений, указанных в таблице

Два результата испытания, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (воспроизводимость), если расхождения между ними не превышают значений, указанных в таблице»

(ИУС № 8 1992 г)

Редактор *А. С. Пшеничная*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб 07 08 85 Подп в печ 16 09 85 0,5 усл п л 0,5 усл кр.-отт. 0,21 уч.-изд л.
Тир 12 000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 922